FICHA TÉCNICA - Barandilla Segmentada Acero

Nuestras barandillas son fáciles de usar y seguras, ya que su sistema de fijación se desliza al abatirlas, y el exclusivo diseño de seguridad evita accidentes y pinzamientos.

**Por motivos de mejora de nuestros productos, Tecnimoem Care se reserva el derecho de cambiar especificaciones técnicas y/o imágenes de nuestros productos sin previo aviso.*

Barandilla Segmentada de Acero

Para nuestras camas, el amarre está preparado para el bastidor de 50x20mm.

(Habitual en las camas de Tecnimoem).

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
PESO JUEGO	22,8 KG.
Estructura Acero *Opción Madera	
Recubrimiento Pintura Epoxi-Poliéster.	
Sistema de bloqueo automático en su posición elevada	

INFORMACION DE ADAPTACIÓN A NORMA DE CAMAS MEDICAS EN 60601-2-52

TECNIMOEM CARE, recomienda colocar las barandillas partidas de la siguiente forma para cumplir con los requisitos establecidos en la norma EN-60601-2-52.

En el montaje deben respetarse las siguientes medidas de seguridad:

- distancia entre la barandilla y la cara interna del cabecero: menor de 60mm.
- distancia entre la barandilla y la cara interna del piecero: menor de 60mm. o mayor de 318mm.
- distancia entre cara superior del colchón y parte superior de la barandilla: mayor o igual a 220mm.
- huecos entre barras, o entre la barra inferior y la base del colchón: menor de 120mm.
- distancia entre barandillas segmentadas elevadas: menor de 60mm o mayor de 318mm.
- longitud de barandilla: superior al 50% de la longitud del somier



***Para nuestro modelo de cama de Columna Baja (Teide/Aneto), se recomienda elevar y descender la cama, SIEMPRE, con las barandillas en posición elevada.**

Para evitar posibles caídas de los usuarios y/o atrapamientos en los pies.

INFORMACIÓN DE MONTAJE

Cada parte de la barandilla es distinta y vienen identificadas con una pegatina para facilitar su colocación. La referencia siempre es, Paciente tumbado en la cama y tirador rojo en la cabecera.
Tenemos:

- CABECERA DERECHA, PIECERA DERECHA (Barandilla derecha)
- CABECERA IZQUIERDA, PIECERA IZQUIERDA (Barandilla izquierda)





Colocar los amarres en forma de "U" en los laterales de la cama, en el bastidor.
Pasar el tornillo hexagonal (entre bastidor y tornillo, colocar la arandela) por los agujeros de los amarres, con la cabeza hacia el exterior de la cama.
Poner la contratuerca y apretar con llave fija de 17.

Ajustar la barandilla con el tope (tornillo plástico blanco) para evitar que la bandilla se venga hacia afuera.
**De fábrica viene ajustado, pero puede ser necesario ajustarlo más, una vez colocada.*



Para plegar la barandilla, se aconseja empujarla suavemente hacia el interior de la cama y después tirar del tirador rojo para plegarla.

"Colchones y/o barandillas incompatibles pueden crear riesgos"

Tecnimoem Care desarrolla, fabrica y distribuye camas, somieres, grúas y complementos para uso geriátrico y doméstico.
En un mundo donde la calidad de vida llegando a la edad madura es el bien más valorado, **Tecnimoem Care** pone todo su esfuerzo en la investigación continua y en el desarrollo de elementos para el descanso que precisan las personas que, por problemas físicos, de edad, o simplemente que valoran la ergonomía y la adaptabilidad, eligen nuestros productos.

Tecnimoem Care, en su esfuerzo de innovación, incorpora los mejores materiales del mercado con acabados perfectos que superan todas las normas de calidad y son los que nos diferencian y nos hacen ser elegidos por nuestros clientes.

SNR: ES-MF-000019199
Según (EU) 2017/745 MDR

IBV ENTIDAD ASOCIADA

Licencia de fabricación de Producto Sanitario Nº 5867-PS

kiwa certified ISO 13485

TÜVRheinland CERTIFICADO
Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105054418

TECNIMOEM CARE S.L.
CTRA. Logroño-Mendavia Km.5 Telf. +34 948 64 62 13
31230 VIANA (Navarra) – ESPAÑA Fax. +34 948 64 63 80
tecnimoem@tecnimoem.com www.tecnimoem.com